

# **Dokładność i powtarzalność pomiarów gęstości tkanki kostnej wokół protez stawów biodrowych**

**Streszczenia IV Ogólnopolskiego Sympozjum Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej PT0iTr, Jurata 3-5.09.04**

Jacek Szpunar, Tadeusz S. Gaździk, Marek Kaleta, Marek Bożek  
*Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Ś. A. M. w Sosnowcu*  
*Kierownik : Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szymon Gaździk*

Celem pracy jest ocena powtarzalności pomiarów gęstości tkanki kostnej wokół panewek i trzpieni u pacjentów po protezoplastyce stawów biodrowych.

Grupa badana została podzielona na 5 podgrup w zależności od rodzaju implantowanej protezy stawu biodrowego.

Wykonano podwójne badanie DEXA u 25 pacjentek, po 5 z każdej badanej podgrupy, w 14 dobie po endoprotezoplastyce.

Panewkę analizowano w 3 opracowanych przez autorów strefach ROI (A, B, C), trzpień w strefach Gruena (1 – 7).

Korzystając ze wzoru na średni współczynnik zmienności, uzyskano powtarzalność pomiarów wahającą się od 2,4% w strefie 4 Gruena do 11,3% w strefie B wokół panewki.